

苏州市相城区消毒站
Suzhou City Xiangcheng District Sterilization Station
环氧乙烷灭菌批记录 (EO-Sterilization Batch Report)

Furnace No箱号: Y1-01 Sterilization No.灭菌批号: 211201 Date 日期: 2021-12-17

Article Name 物品名称	Production No 生产批号	Expiration Date 有效期	Specification 规格/型号	Quantity 数量	Remark 备注	Parameters During Sterilization Cycle 灭菌过程参数	Required 设定值	Actual 实际值
Cartridge Needle	211201	2024.12	Cartridge Needle	67CTNS		灭菌温度Chamber Temperature while Sterilization(℃)	47-53	S:48.9 E: 52.4
Long Bar Needle	211201	2024.12	Long Bar Needle	51CTNS		灭菌压力Chamber Pressure while Sterilization(kPa)	-30—20	S:-27.5 E:-15.8
						灭菌湿度Chamber Humidity while Sterilization(%RH)	40-80	32.5-55.8
						灭菌时间Exposure time(min)	480	480
						预真空度Pre-Vacuum Value(kPa)		
						加湿压力幅度Pressure Amplitude while Humidifying(kPa)		
						加湿前后压力Pressure Changed while Humidifying(kPa)		
						加药压力幅度Pressure Amplitude while EO Injection(kPa)		
						加药前后压力Pressure Changed while EO Injection(kPa)	//	S:-68.9 E: -35.3
						加药重量Weight of EO used(kg)	3.8-4.2	4

Sterilization Phase 灭菌过程		Start Time 开始时间	End Time 结束时间	Actual Time 实际时间	Sterilization Information 灭菌情况	Release 验收
预 热 Conditioning		9: 10	13: 10	240	Normal 正常	☒ Passed 合格
抽真空 Air Removal		13: 10	13: 20	10	Normal 正常	☐ Rejected 拒收
保压时间 Pressure Time		13: 20	13: 25	5	Normal 正常	☐ Hold 待定
充入EO EO Injection		13: 25	13: 40	15	Normal 正常	徐仁余 Injecto 加药者 Operator操作员
灭菌时间 Exposure Time		13: 40	21: 40	480	Normal 正常	吴承良 EO Manger灭菌主管
换气时间 EO Removal		21: 44	22: 12	28		费俊杰 Micro Lab Manger质检员
清理完毕 Finishing		22: 12	22: 45	33		张浩 QA Manager主管