Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
www.mobilex.dk

1. Introduktion

Gratis och tack för att du har valt an Mobilex produkt av hög kvalitet. Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning och viktig information om användningen av den medicinska produkten. Den är avsedd att hjälpa dig att använda produkten korrekt och säkert. Det är mycket viktigt att läsa igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsriktlinjerna och följ dem alltid. Mobilex försöker ständigt förbättra och uppgradera sina produkter. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra specifikationer och tekniska data för produkten utan föregående meddelande.

Användning av anordningen

Toalettsitsförhöjningen är en medicinsk anordning som är avsedd att användas av äldre eller funktionshindrade personer endast som ett sittalternativ och extra stöd vid användning av en toalett. All annan användning är förbjuden.

Indikationer

Toalettsitsförhöjningen är överlagringar för vanliga toalettskålar och är avsedda att användas som en sittanordning för personer med funktionsbegränsningar, personer i rullstol och andra personer med begränsad rörlighet i ländryggen, knäna eller höfterna, och för alla som har svårt att sitta lågt och resa sig upp igen från toalettens normala höjd. Det är förbjudet att använda sitsen för andra ändamål än de som anges ovan.

Kontraindikationer

En förhöjd toalettstol är inte lämplig för de patienter som inte kan upprätthålla en korrekt kroppsbalans i sittande och stående ställning. Sitsen får inte användas om användaren har problem med nedsatt perception. Kontraindikationer kan inte relateras till en specifik klinisk bild, utan de beror på en individuell bedömning av den potentiella användarens hälsotillstånd. Valet av ortopediskt hjälpmedel som är lämpligt för en viss klinisk bild måste alltid göras med hjälp av en specialistläkare eller sjukgymnast. Observera dessutom säkerhetsinformationen i kapitel 2.

Användningsområden

Produkten kan användas inom hemvård, vård- och långtidsvård samt på sjukhus.

Medicinska incidenter och oönskade händelser

Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren om det inträffar några oönskade händelser i samband med enheten:

Mobilex A/S		
Grønlandsvej 5	Telefon:	+45 87 93 22 20
DK-8660 Skanderborg	Telefax:	+45 87 93 17 77
Denmark	Email:	info@mobilex.dk

2. Säkerhetskrav

- Se till att alla personer som använder apparaten har läst den här handboken.
- Tillverkaren tar inget ansvar för skador och/eller personskador som uppstår om man inte följer bruksanvisningarna.
- Använd endast produkten i ett felfri skick.
- Om defekter eller fel upptäcks måste du omedelbart sluta använda apparaten och kontakta återförsäljaren.
- Följ alla tillverkarens rekommendationer och varningar.
- Var uppmärksam på informationen på produktetiketten.
- Använd produkten endast för det beskrivna ändamålet.
- Klättra inte upp på apparaten.
- Undvik att göra konstruktiva ändringar på enheten, om du inte har tillverkarens skriftliga godkännande för sådana ändringar.
- Enheten och väskan får inte belastas med mer vikt än vad som anges i Tekniska data.
- Sitt inte på locket,
- Se till att enheten är ordentligt fäst innan du använder den.
- Se till att höjdjusteringarna är desamma på båda sidor.
- Använd armstöden jämnt med båda händerna.

Leveransens omfattning

Apparaten levereras i en kartonglåda. Innehållet i paketet är:

- ✔ 1 Toalettstol;
- ✔ 2 Armstöd;
- ✔ 1 Bruksanvisning;

Preliminär kontroll

Kontrollera innehållet i lådan med listan ovan. Om du i detta skede upptäcker att en del saknas eller är skadad, kontakta omedelbart din leverantör.

3. Beskrivning

Produktbeskrivning

Den fasta toalettstolen kan monteras på de flesta toalettskålar. Sitsen monteras i monteringshålen på den vanliga toalettsitsen. Armstöden kan vändas bakåt och tas bort utan verktyg. Sitsen kan tas bort för rengöring. Produkten är tillverkad i material som är korrosions- och desinfektionsbeständiga. Sitsen och locket är tillverkade av polypropylen, armstödens rör är tillverkade av stål och armstödens överdrag är tillverkade av ABS.

Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
www.mobilex.dk

Apparaten består av följande delar:

1. Lock
2. Armstöd
3. Handskruv för höjdjustering
4. Ryggstång
5. Monteringsfästen
6. Låsklämma
7. Främre teleskopstång



Beskrivning av monteringen

Ställ in önskad höjd enligt beskrivningen i avsnittet **Funktionsbeskrivning**.

Ta bort den befintliga toalettsitsen och locket. Justera monteringsfästenas läge så att de passar ihop med monteringshålen på toalettskålen. Fäst toalettsitsen med plastmonteringsbrickorna och muttrarna som visas nedan.




Funktionsbeskrivning

Justera höjden

Ta först bort pluggkåporna från hålen för den önskade höjdinställningen **(I)**. Ta bort de två handskruvarna som håller fast den bakre stången genom att skruva loss dem moturs. Montera ryggstången på önskad höjdinställning och säkra den med handskruvarna på båda sidor genom att skruva in dem medurs. Sätt in pluggkåporna i de tomma hålen.

Ta bort armstöden (om de är monterade) och placera sätet upp och ner.
Dra den främre teleskopstången uppåt och ut ur sätet och justera dess avstånd till motsvarande höjdinställning **(II)**. För att justera den främre stångens avstånd tar du ut låsklippen genom att trycka in metallstiften och flyttar de teleskopiska plastdelarna till den valda inställningen på båda sidor. Sätt tillbaka clipsen i stången för att låsa de teleskopiska delarna i den valda inställningen och skjut in sidorna av stången i motsvarande spår **(III)**. Fäst armstöden.



Alternativ för höjdinställning på olika komponenter

VARNING! Se till att alla komponenter är inställda på samma höjd.

Montering och demontering av armstöd

För att fästa ett armstöd, tryck och håll in låsknappen och för in armstödet i springan vid lockets gångjärn, upprepa för den andra sidan. Om du vill ta bort ett armstöd trycker du på och håller in låsknappen och drar ut armstödet, upprepa för den andra sidan.

Tillbehör


Det finns inga tillbehör till den här enheten.

4. Tekniska data

Fixed toiletseat	Art. 301703
Total bredd	57,7 cm
Totalt djup	47,4 cm
Total höjd	38,0 cm
Sätesbredd	36,0 cm
Sätesdjup	42,5 cm
Total bredd mellan armstöden	49,0 cm
Invändig öppning	26 x 20 cm
Produktens vikt	5,44 kg
Höjdinställningar	6 – 10 – 15 cm
Max.last	120 kg

Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
www.mobilex.dk

Produktetikett



Exempel på produktetikett

	QR-kod till webbplatsen		Producent
CE	CE-märkt produkt	REF	Varenr
	Se bruks-anvisningen		Max belastning
MD	Medicinsk utrustning		Produktionsdata
	Används inomhus	SN	serienr.

Betydelsen av ikonerna

5. Underhåll och skötsel

Vanlig smuts kan avlägsnas med vanliga rengöringsmedel och en svamp eller mjuk trasa. Kontrollera den specifika produktinformationen och använd endast kommersiella rengöringsmedel som är lämpliga för rengöring. För desinfektion, använd endast desinfektionsmedel som är certifierade för användning med medicintekniska produkter och som finns tillgängliga lokalt.

Apparaten behöver i princip inte underhållas. Trots den solida konstruktionen och användningen av motståndskraftiga material utsätts produkten för slitage. Det rekommenderas därför att produkten kontrolleras med jämna mellanrum av en professionell service. Vi rekommenderar följande:

- ✔ Rengöring och desinfektion av produkten
- ✔ Kontrollera att produkten inte är böjd, skadad, sliten eller korroderad.
- ✔ Allmän åtdragning av komponenterna.

Rekommenderad livslängd: Normalt 10 år beroende på användning.

Förvaring: Vi rekommenderar förvaring på ett torrt ställe vid temperaturer över 0 °C.

Transport

Anordningen ska transporteras på ett stabilt och säkert sätt utan risk för plötsliga eller farliga rörelser under transporten.

Återanvändning

Produkten är lämplig för återanvändning. Innan en ny användare tar över produkten ska apparaten kontrolleras tekniskt och desinficeras enligt punkt 5.

6. De vanligaste problemen och lösningarna

Problem	*Lösningar*
Enheten är inte stabil och rör sig	• Kontrollera att enheten är fäst på en toalett. • Dra åt plastmuttrarna.
Armstöden är instabila	• Kontrollera armstödet. • Dra åt skruvarna.

7. Bortskaffande av produkten

Produkten får inte slängas med hushållsavfallet utan måste lämnas in till den lokala återvinningscentralen.

8. Villkor för garantier

Mobilex A/S erbjuder 2 års garanti för skador som orsakats av fel i produktionen eller materialfel. Garantin gäller inte vid oavsiktlig reparation eller användning av produkten. Delar som utsätts för normalt slitage omfattas inte av garantin, såvida inte slitaget orsakas av ett tillverkningsfel. Om produktändringar görs utan vårt skriftliga godkännande är CE-märkningen och produktgarantin inte giltiga. Vid produktskador som omfattas av garantin ska du meddela din återförsäljare eller Mobilex A/S direkt. Garantin täcker inte transportkostnader och omfattar inte ersättning för personskador eller för att produkten inte används under reparationen. Garantin täcker inte skador som beror på att användarhandboken inte följts.

9. CE-försäkran

Produkten har genomgått bedömningen av överensstämmelse i enlighet med EU:s förordning: MDR 2017/745 om medicintekniska produkter och är CE-märkt. En försäkran om överensstämmelse har utfärdats för enheten och finns tillgänglig på

mobilex.dk/medias/2021-07/ce_fast_toiletsaedeforhoejer_hoejdejusterbar__301703__8291.pdf

eller via QR-koden till höger.